2009年8月20日（第1版）

医療機器認証番号：221AFBZX00028000

類別：機械器具81　磁気治療器

管理医療機器
一般的名称：家庭用永久磁石磁気治療器
（コード：71016000）

磁気インソール　RMG-03

MAG-HOT
マグホット

添付文書（取扱説明書）

このたびは、”マグホット”をお求めいただきましてまことにありがとうございます。この”マグホット”は家庭用永久磁石磁気治療器です。

”マグホット”の機能を十分に理解してご使用いただくために、この取扱説明書（添付文書）をよくお読みいただき、注意事項を必ず守って正しくお使いくださる様お願いいたします。

禁忌・禁止

以下の人は誤作動を招く恐れがありますので使用しないでください。

- ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。
- 脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント［頭皮下に埋め込んで脳せき（脊）髄液を腹くう（腔）にバイパスする目的で長時間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき（脊）髄液の流量が変更可能な医療用具］などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人。

【形状及び構造】

〈各部の名称及びはたらき〉



①磁石（合計：16個）……磁気を発生し治療効果を与えます。
②磁気インソールベース…磁石を固定する構造材です。

【使用目的、効能又は効果】

装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用すること。

【品目仕様等】

磁束密度　：140mT
磁石寸法　：直径9×厚さ4（㎜）
磁石個数　：16個
治療器寸法：男性用
　長さ294×幅90×厚さ5.0（㎜）
　：女性用
　長さ246×幅79×厚さ5.0（㎜）

⚠ ご使用上の注意

〈使用前の注意〉

1. 次の人は使用前に医師に相談してください。
・悪性しゅよう（腫瘍）のある人。
・心臓に障害のある人。
・妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
・糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害の人。
・皮膚に感染症及び/又は創傷のある人。
・安静を必要とする人。
・体温38℃以上（有熱期）の人。
例1. 急性炎症症状［けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など］の強い時期。
例2. 衰弱しているとき。
・ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性［とう（疼）痛性］疾患の人。
2. 時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものは、近づけないでください。
3. 磁気インソールベースに破れがある場合及び磁石装着部に破れがある場合は、使用しないでください。しばらく使用しなかった治療器を使用するときは磁
4. 石の割れや、金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。
5. 他の治療器と同時に使用しないでください。

〈使用中の注意〉

1. 治療器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止してください。
2. 身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
3. 身体に発しん（疹）、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を直ちに中止してください。

〈使用後及び保管の注意〉

1. 使用しても効果があらわれない場合、医師又は専門家に相談してください。
2. 使用後の廃棄については、各自治体の定めに従って廃棄してください。
3. 直射日光をさけ湿気の少ないところに保管してください。

【使用方法】

1. 本品を足のサイズに合わせます。
※本品の裏に記載されているサイズは足の実寸法です。調節の際は、まず大きめにカットし、お手持ちの靴に合わせて微調整をしてください。
2. 本品を靴の中に入れ、使用してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 改造又は分解しないでください。
2. 治療器に異常が発見された場合は、勝手にいじらず、販売店又は製造販売業者に連絡してください。

【包装】

本品は次のものから構成されています。
治療器（左右セット）　1個
添付文書（取扱説明書）　1部
紙製箱による梱包

【製造販売業者及び製造業者の氏名及び住所】

製造販売業者　株式会社 リッコー
住　　所　大分県国東市国東町富来浦字長浜2744-212
電話番号　0978-74-1311
製造業者　株式会社 リッコー